PROTOCOLE DE PRELEVEMENT : QUANTIFERON TB GOLD PLUS 4 tubes

Date d'application	30-11-2022	Date d'archivage	-
Dernière révision	-	Prochaine révision	-

Rédaction	Vérification	Approbation	Diffusion
00-00-0000	29-12-2016	10-01-2023	10-01-2023
DAUREL	MALANDAIN	MALANDAIN	MALANDAIN
Claire	Damasie	Damasie	Damasie

Description du document	
Site concerné	-
Service Concerné	Abc(8)
Qualification concernées	Technicien-Aide de labo réception non tube
Dernière modification	*Pages Modifiées :* pas de modif
Thème utilisé pour la référence	5.5 Processus analytiques
Processus utilisé pour la référence	ANA Processus analytique

Historique des modifications

Référence	Diffusé le	Archivé le
PB-PURR-FT-226	-	-

Pages modifiées
pas de modif

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI

CONTENU

Le nouveau test QuantiFERON-TB Gold Plus **(4 tubes)** remplace désormais l'ancien test (3 tubes).
NOTE : les tests 3 tubes seront acceptés jusqu'à épuisement des stocks




PRELEVEMENT

Etiqueter correctement les tubes en laissant apparaitre le niveau de remplissage du tube ainsi que la couleur de l'étiquette.

Prélever 1ml de sang par ponction veineuse dans chaque tube jusqu'au **trait noir**

(En dehors de ces limites définies par le trait noir, un nouvel échantillon doit être prélevé.)

- Le remplissage étant relativement lent, maintenir le tube 2 à 3 secondes supplémentaires une fois le trait atteint
- Les tubes doivent être à une température de 17°C et 25°C au moment du remplissage
- Si une aiguille épicrânienne (« papillon ») est utilisée, purger la tubulure auparavant avec un tube sec






Limite d'acceptation du tube = trait noir

MANIPULATION DES TUBES REMPLIS

Immédiatement après le remplissage :

Secouer **vigoureusement** les tubes **10 fois par retournement** (la totalité de la paroi interne du tube doit être tapissée de sang++++).


Cette agitation doit être pratiquée à une température de 17°C et 25°C.
Attention : un secouement trop énergique peut provoquer une perturbation du gel entrainant des résultats aberrants.



ENVOI & INCUBATION

Envoyer les tubes le plus rapidement possible (**< 4h**) au laboratoire à une température comprise entre 17°C et 27°C avant une mise en incubation à 37°C au laboratoire.

ATTENTION : plus le délai entre le prélèvement et la mise en incubation est long, plus le risque de résultat rendu « indéte



RECEPTION DES PRELEVEMENTS DU LUNDI AU JEUDI AVANT 15 H

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI